

scan to see the report



QDHL2101000813MD

检测报告 Test Report

报告编号 Report No.: QDHL2101000813MD

样品名称: 一次性医用丁腈检查手套

Sample Description:

DISPOSABLE NITRILE EXAMINATION
GLOVE

委托单位:

江门市卡迪光电科技有限公司

Applicant:

CRDLIGHT OPTOELECTRONIC
TECHNOLOGY CO.,LTD

检测类别:

委托检测

Test Type:

SUBMITTED BY CLIENT

通标标准技术服务(青岛)有限公司
SGS-CSTC Standards Technical Services (Qingdao) Co., Ltd.

第 1 页 共 13 页
Page 1 of 13



除非另有书面协议,本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。
《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面,或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询,电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 获取。请特别关注其中涉及责任限定,赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉,此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下,且在当时所得结论,SGS仅对其客户负责,并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准,本文件不得进行复制,全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为,违法者将会被追究法律责任。

注意:检测/检验报告或证书的真实性,请通过电话(86-755)83071443或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
中国·山东·青岛市崂山区株洲路143号通标中心 邮编:266101 t (86-532)6899888 www.sgs.com.cn sga.china@sgs.com

检测报告

Test Report

样品信息 Sample information	样品名称 Sample Description	一次性医用丁腈检查手套 DISPOSABLE NITRILE EXAMINATION GLOVE	颜色 Color	蓝色 BLUE
	收到样品数量 Received sample quantity/ 测试样品数量 Tested sample quantity	S/M/L: 500 只 500PCS/ S/M/L: 230 只 230PCS	型号/规格 Type/ Specifications	KDNG02M
	产品批号 Lot No.	未提供 NOT PROVIDED	生产批量 Lot Quantity	未提供 NOT PROVIDED
	生产日期 Manufacture Date	未提供 NOT PROVIDED	有效期 Expiration Date	3 年 THREE YEARS
	材质/外观形态 Material/ Appearance	丁腈 NITRILE	保存条件 Storage Condition	未提供 NOT PROVIDED
	生产厂家 Manufacturer	未提供 NOT PROVIDED		
	委托单位 Applicant	江门市卡迪光电科技有限公司 CRDLIGHT OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD		
	委托单位地址 Applicant address	江门市江海区信义路 18 号 5 幢 1F,2F,3F,4F,7 幢 1F,2F,3F,4F,5F FLOOR 1-5 BULIDING NO.7& FLOOR 1-4 BULIDING NO.5,NO,18 XINYI ROAD,JIANGHAI DISTRICT,JIANGMEN CITY,GUANGDONG PROVINCE,CHINA		

通标标准技术服务(青岛)有限公司
SGS-CSTC Standards Technical Services (Qingdao) Co., Ltd.
第 2 页 共 13 页
Page 2 of 13



除非另有书面协议,本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。
《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面,或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询,电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-a-Documents.aspx> 获取。请特别关注其中涉及责任限定、赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉,此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下,且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责,并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准,本文件不得进行复制,全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为,违法者将会被追究法律责任。

注意:检测/检验报告或证书的真实性,请通过电话(86-755) 83071443或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
中国·山东·青岛市崂山区株洲路143号通标中心 邮编: 266101 t (86-532) 6899888 www.sgsgroup.com.cn sgs.china@sgs.com

检测信息 Test information	样品接收日期 Sample Receiving Date	2021年01月25日 JAN.25,2021	样品检测周期 Test Period Date	2021年01月25日至 2021年02月08日 JAN.25,2021 TO FEB.08,2021
	样品编号 Sample No.	QDHL2101000813MD (TAOHG2100385701) (TAOHG2100385702)	检测环境 Test environment	符合要求 Meet requirement
	检测项目 Test items	不透水试验, 尺寸(长度, 宽度), 拉伸强度(老化前扯断力, 老化后扯断力), 可沥滤蛋白质 Water tightness test, Dimensions(Length, Width), Tensile strength (Force at break, Force at break after challenge testing), Proteins, leachable		
	检测依据 Testing Accordance	EN 455-1:2020 一次性使用医用手套-第1部分:不透水试验 条款 5.1 EN 455-1:2020 Medical Gloves for Single Use – Part 1: Requirements and Testing for Freedom from Holes clause 5.1 EN 455-2:2015 一次性使用医用手套-第2部分:物理性能要求和试验条款 4.2,4.3,5.2,5.3 EN 455-2:2015 Medical Gloves for Single Use–Part 2: Requirements and Testing for Physical Properties clause 4.2,4.3,5.2,5.3 EN 455-3:2015 一次性使用医用手套-第3部分:生物学评价要求和试验条款 4.5 EN 455-3:2015 Medical Gloves for Single Use–Part 3: Requirements and Testing for Biological Evaluation clause 4.5		

通标标准技术服务(青岛)有限公司
SGS-CSTC Standards Technical Services (Qingdao) Co., Ltd.
第 3 页 共 13 页
Page 3 of 13



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。
《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询, 电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-a-Documents.aspx> 获取。请特别关注其中涉及责任限定、赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话(86-755) 83071443或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
中国·山东·青岛市崂山区株洲路143号通标中心 邮编: 266101 t (86-532) 6899888 www.sgs.com.cn sgs.china@sgs.com

报告编号 Report No.: QDHL2101000813MD

检测结论 Test conclusion	本报告仅提供实测数据和单项判定，详见检测结果汇总页。 This report only provides the test results and individual judgment, conclusion please see follow pages. 签发日期：2021 年 02 月 08 日 Issue date: FEB.08,2021
备注 Remark	/

批准人: 

审核人: 

编制人: 

日期: 2021 年 02 月 08 日

日期: 2021 年 02 月 08 日

日期: 2021 年 02 月 08 日

通标标准技术服务(青岛)有限公司
 SGS-CSTC Standards Technical Services (Qingdao) Co., Ltd.
 第 4 页 共 13 页
 Page 4 of 13



除非另有书面协议，本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。
 《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面，或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询，电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx> 获取。请特别关注其中涉及责任限定、赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。
 注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话(86-755) 83071443或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
 中国·山东·青岛市崂山区株洲路143号通标中心 邮编: 266101 t (86-532) 6899888 www.sgs.com.cn sgs.china@sgs.com

样品照片
Sample Photo



通标标准技术服务(青岛)有限公司
SGS-CSTC Standards Technical Services (Qingdao) Co., Ltd.
第 5 页 共 13 页
Page 5 of 13



除非另有书面协议,本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。
《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面,或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询,电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 获取。请特别关注其中涉及责任限定、赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉,此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下,且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责,并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准,本文件不得进行复制,全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为,违法者将会被追究法律责任。

注意:检测/检验报告或证书的真实性,请通过电话(86-755) 83071443或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
中国·山东·青岛市崂山区株洲路143号通标中心 邮编: 266101 t (86-532) 6899888 www.sgsgroup.com.cn sgs.china@sgs.com

检测结果 Test Results

检测项目 Test Items	单位 Unit	检测方法 Test Method	标准要求 Requirement	检测结果 Test Result	单项判定 Assessment
不透水试验 Water tightness test	/	EN 455-1: 2020 条款 5.1 EN 455-1: 2020 Clause 5.1	样品数量: S:200 只 M:200 只 L: 200 只 Sample quantity: S:200pcs M: 200pcs L: 200pcs 接收质量限 AQL: 1.5 接收数 Ac: 7 拒收数 Re: 8	不符合样品 数 Found: S: 0 M: 0 L: 1	符合 Pass
尺寸 Dimensions	长度 Length	EN 455-2:2015 条款 4.2 EN 455-2:2015 Clause 4.2	中值 Median value: ≥240	详见附录一 See appendix 1 for details	符合 Pass
	宽度 Width	EN 455-2:2015 条款 4.3 EN 455-2:2015 Clause 4.3	中值 Median value: S: 80±10 M: 95±10 L: 110±10		符合 Pass
拉伸强度 Tensile Strength	老化前 扯断力 Force at break	EN 455-2:2015 条款 5.2 EN 455-2:2015 Clause 5.2	中值 Median value: b): ≥6.0	详见附录二 See appendix 2 for details	符合 Pass
	老化后 扯断力 Force at break after challenge testing	EN 455-2:2015 条款 5.3 EN 455-2:2015 Clause 5.3	中值 Median value: b): ≥6.0		符合 Pass

通标标准技术服务(青岛)有限公司
SGS-CSTC Standards Technical Services (Qingdao) Co., Ltd.
第 6 页 共 13 页
Page 6 of 13



除非另有书面协议,本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。
《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面,或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询,电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-and-Conditions-Documents.aspx> 获取。请特别关注其中涉及责任限定、赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉,此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下,且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责,并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准,本文件不得进行复制,全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为,违法者将被追究法律责任。

注意:检测/检验报告或证书的真实性,请通过电话(86-755) 83071443或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
中国·山东·青岛市崂山区株洲路143号通标中心 邮编: 266101 t (86-532) 6899888 www.sgs.com.cn sgschina@sgs.com

报告编号 Report No.: QDHL2101000813MD

检测项目 Test Items	单位 Unit	检测方法 Test Method	标准要求 Requirement	检测结果 Test Result	单项判定 Assessment
可沥滤蛋白质 Proteins, leachable	µg/g	EN 455-3: 2015 条款 4.5 EN 455-3: 2015 clause 4.5	/	S: 未检出 Not Detected M: 未检出 Not Detected L: 未检出 Not Detected (检出限: 10) (Method Detection Limit: 10)	/

附录一: 尺寸

Appendix 1: Dimensions

样品尺码 Size	S	
样品编号 No.	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)
1	250	86
2	249	86
3	249	86
4	254	86
5	249	86
6	252	86
7	245	86
8	250	86
9	248	86
10	250	86
11	255	86
12	248	86
13	250	86
标准要求 Standard requirement	≥240	80±10
中值 Median value	250	86

通标标准技术服务(青岛)有限公司
SGS-CSTC Standards Technical Services (Qingdao) Co., Ltd.
第 7 页 共 13 页
Page 7 of 13



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。
《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询, 电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 获取。请特别关注其中涉及责任限定、赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
中国·山东·青岛市崂山区株洲路143号通标中心 邮编: 266101 t (86-532) 68999888 www.sgs.com.cn sgs.china@sgs.com

样品尺码 Size	M	
样品编号 No.	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)
1	245	98
2	245	98
3	248	97
4	245	97
5	250	98
6	249	97
7	250	98
8	248	98
9	245	98
10	248	98
11	247	98
12	248	98
13	248	97
标准要求 Standard requirement	≥240	95±10
中值 Median value	248	98



除非另有书面协议，本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。
 《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面，或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询，电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 获取。请特别关注其中涉及责任限定、赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
 中国·山东·青岛市崂山区株洲路143号通标中心 邮编: 266101 t (86-532) 6899888 www.sgsgroup.com.cn sgs.china@sgs.com

样品尺码 Size	L	
样品编号 No.	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)
1	260	110
2	255	110
3	265	110
4	260	109
5	258	110
6	258	109
7	260	110
8	265	109
9	260	110
10	255	110
11	260	110
12	260	109
13	256	110
标准要求 Standard requirement	≥240	110±10
中值 Median value	260	110



除非另有书面协议,本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。
 《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面,或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询,电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 获取。请特别关注其中涉及责任限定,赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉,此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下,且在当时所得结论,SGS仅对其客户负责,并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准,本文件不得进行复制,全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为,违法者将会被追究法律责任。

注意:检测/检验报告或证书的真实性,请通过电话(86-755)83071443或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
 中国·山东·青岛市崂山区株洲路143号通标中心 邮编:266101 t (86-532) 6899888 www.sgsgroup.com.cn sgs.china@sgs.com

附录二：拉伸强度
Appendix 2: Tensile Strength

尺码 Size: S			
扯断力 Force at break (N)			
老化前 Before aging		老化后 After aging	
样品编号 No.	/	样品编号 No.	/
1	8.4	1	7.6
2	8.1	2	8.7
3	6.8	3	7.0
4	6.9	4	7.1
5	6.1	5	7.5
6	6.8	6	6.1
7	8.4	7	6.6
8	8.2	8	8.0
9	9.0	9	7.6
10	8.1	10	8.1
11	8.3	11	7.9
12	6.5	12	7.0
13	7.7	13	6.8
标准要求 Standard requirement	≥6.0	标准要求 Standard requirement	≥6.0
中值 Median value	8.1	中值 Median value	7.5

通标标准技术服务(青岛)有限公司
SGS-CSTC Standards Technical Services (Qingdao) Co., Ltd.
第 10 页 共 13 页
Page 10 of 13



除非另有书面协议，本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。
《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面，或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询，电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 获取。请特别关注其中涉及责任限定、赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
中国·山东·青岛市崂山区株洲路143号通标中心 邮编：266101 t (86-532) 6899888 www.sgsgroup.com.cn sgs.china@sgs.com

尺码 Size: M			
扯断力 Force at break (N)			
老化前 Before aging		老化后 After aging	
样品编号 No.	/	样品编号 No.	/
1	4.1	1	6.3
2	6.0	2	6.7
3	6.8	3	7.7
4	6.5	4	7.4
5	7.7	5	6.9
6	5.5	6	6.7
7	5.8	7	7.6
8	7.2	8	7.9
9	8.1	9	7.1
10	7.3	10	6.7
11	7.8	11	8.0
12	5.4	12	6.9
13	7.0	13	7.1
标准要求 Standard requirement	≥6.0	标准要求 Standard requirement	≥6.0
中值 Median value	6.8	中值 Median value	7.1



除非另有书面协议,本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。
 《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面,或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询,电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-a-Documents.aspx> 获取。请特别关注其中涉及责任限定、赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉,此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下,且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责,并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准,本文件不得进行复制,全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为,违法者将会被追究法律责任。

注意:检测/检验报告或证书的真实性,请通过电话(86-755) 83071443或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
 中国·山东·青岛市崂山区株洲路143号通标中心 邮编: 266101 t (86-532) 6899888 www.sgsgroup.com.cn sgs.china@sgs.com

尺码 Size: L			
扯断力 Force at break (N)			
老化前 Before aging		老化后 After aging	
样品编号 No.	/	样品编号 No.	/
1	6.7	1	6.0
2	8.0	2	9.2
3	7.6	3	8.3
4	6.0	4	6.8
5	8.1	5	6.5
6	6.0	6	8.3
7	7.6	7	7.7
8	7.2	8	7.6
9	7.6	9	7.7
10	6.2	10	8.0
11	7.6	11	8.6
12	6.6	12	7.1
13	6.2	13	7.6
标准要求 Standard requirement	≥6.0	标准要求 Standard requirement	≥6.0
中值 Median value	7.2	中值 Median value	7.7

Remark:

符合性声明仅基于本次实验室活动的实测值，未将本次实验室活动的测量不确定度影响计入。
The declaration of conformity is only based on the actual value of laboratory activity, measurement uncertainty of the results not take into account.

结束
End of Report

通标标准技术服务(青岛)有限公司
SGS-CSTC Standards Technical Services (Qingdao) Co., Ltd.
第 12 页 共 13 页
Page 12 of 13



除非另有书面协议，本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。
《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面，或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询，电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-a-Documents.aspx> 获取。请特别关注其中涉及责任限定、赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话(86-755) 83071443或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
中国·山东·青岛市崂山区株洲路143号通标中心 邮编: 266101 t (86-532) 6899888 www.sgsgroup.com.cn sgs.china@sgs.com

注意事项 Statement

1. 报告无批准人签字、“检验检测专用章”或经涂改，以及复印报告未加盖“检验检测专用章”均视作无效。
The report is considered invalidated in one or more of the following conditions: no approval signature; no testing seal of SGS; altered; a copy without the red testing seal of SGS.
2. 样品及相关信息由客户提供及确认，SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性责任。
Above information and sample(s) was/were submitted and certified by the client, SGS quoted the information with no responsibility as to the accuracy, adequacy and/or completeness.
3. 除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品。检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。
Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. The test report shall only be used for clients' scientific research, teaching, internal quality control, product research and development, etc... and just for internal reference.
4. 未经本公司批准，不得复制(全文复制除外)报告或证书。
The test report cannot be reproduced in any way, except in full content, without prior approval in writing by the laboratory.
5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本单位提出。
Should you have any queries or objection to the test report, please contact us within 15 days after receiving the report.

地 址：青岛市崂山区株洲路 143 号
Address: SGS Center, No.143, Zhuzhou Road, Laoshan District, Qingdao, China.

电话：0532-68999187 邮编：266101 传真：0532-80991952
Tel: 0532-68999187 Zip: 266101 Fax: 0532-80991952

E-mail: Emily.Zhang@sgs.com

通标标准技术服务(青岛)有限公司
SGS-CSTC Standards Technical Services (Qingdao) Co., Ltd.
第 13 页 共 13 页
Page 13 of 13



除非另有书面协议，本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。
《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面，或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询，电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 获取。请特别关注其中涉及责任限定、赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话(86-755)83071443或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
中国·山东·青岛市崂山区株洲路143号通标中心 邮编：266101 t (86-532) 6899888 www.sgs.com sgs.china@sgs.com