

EU-Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity

Dokument Nr.
Document No. **14146154.05**





Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die mit CE gekennzeichneten Produkte
We declare under our sole responsibility that the CE marked products

Typenbezeichnung
Type Designation **T15.*-ZZ*, T15.*-AI*(1), T15.*-AC*(2), T15.*-AE*(3), T15.*-AN*(4)**
T16.*-ZZ*, T16.*-AI*(1), T16.*-AC*(2), T16.*-AE*(3), T16.*-AN*(4)

Beschreibung
Description **Digitaler Temperatur Transmitter, Kopf- oder Schienenmontage,**
Digital temperature transmitter, head or rail mounting

gemäß gültigem Datenblatt
according to the valid data sheet TE 15.01, TE 16.01

mit den nachfolgenden relevanten Harmonisierungsvorschriften der Union
übereinstimmen Angewandte harmonisierte Normen
are in conformity with the following relevant Union harmonisation legislation *Applied harmonised standards*


2011/65/EU	Gefährliche Stoffe (RoHS) <i>Hazardous substances (RoHS)</i>	EN IEC 63000:2018
2014/30/EU	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) <i>Electromagnetic Compatibility (EMC)</i>	EN 61326-1:2013 EN 61326-2-3:2013
2014/34/EU	Explosionsschutz (ATEX) <i>Explosion protection (ATEX)</i>	
	II 1G Ex ia IIC T6...T4 Ga II 2 (1) G Ex ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb II 1D Ex ia IIIC T135 °C Da II 2 (1) D Ex ia [ia Da] IIIC T135 °C Db	(1) EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012
	II 3 G Ex ic IIC T6...T4 Gc X	(2) EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012
	II 3 G Ex ec IIC T6...T4 Gc X	(3) EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-7:2015/A1:2018
	II 3 G Ex nA IIC T6...T4 Gc X	(4) EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-15:2010

(1) EU-Baumusterprüfbescheinigung BVS 19 ATEX E 020 X von DEKRA Testing and Certification GmbH, D-70565 Stuttgart (Reg.-Nr. 0158).
EU-type examination certificate BVS 19 ATEX E 020 X of DEKRA Testing and Certification GmbH, D-70565 Stuttgart (Reg. no. 0158).

(2), (3), (4) Modul A, interne Fertigungskontrolle
Module A, internal control of production

Unterzeichnet für und im Namen von / *Signed for and on behalf of*

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Klingenberg, 2021-12-09


Stefan Heidinger, Vice President
Electrical Temperature Measurement


Roland Stapf, Head of Quality Management
Process Instrumentation Corporate Quality