

EG-Konformitätserklärung

Version 1.2 Überarbeitet am: 28.01.2019 DoC #: 100000021978 Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2019
Datum der ersten Ausgabe: 16.01.2019

Der Hersteller und seine in der Gemeinschaft ansässige Bevollmächtigte, Kimberly-Clark Europe Ltd., bestätigen, dass die PSA-Modelle wie beschrieben den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/425 entsprechen.

| Modell | Produktcode(s) | Produktbeschreibung |
|------------|------------------------------|--------------------------|
| Handschuhe | E110, E220, E330, E440, E550 | KIMTECH* PFE Latex Glove |

Persönliche Schutzausrüstung, harmonisierte europäische Norm:

Kategorie III PSA

Gemäß den in Modul D der Verordnung (EU) 2016/425 EG festgelegten Verfahren unter der Aufsicht der benannten Stelle.

Harmonisierte Normen


EN ISO 374-1:2016: (Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen) als Handschuh des Typs C gegen Natriumhydroxid 40 % (K)., EN ISO 374-5:2016: (Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen) mit Leistungsstufe 2 nach EN 374-2:2014, einschließlich Virenpenetration.

Ist identisch mit den getesteten Proben, die der Prüfgegenstand folgenden Dokuments sind:

EU-Baumusterprüfbescheinigung: GB18/962142

Erteilt an Kimberly - Clark Europe Ltd, aufgrund der technischen Unterlagen durch die benannte Stelle: PPE.TG.EU.554 v00

Unterzeichnet im Namen des Herstellers in der Europäischen Gemeinschaft.

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Liz Brigden |  | Überarbeitet am: 28.01.2019 |
| Associate Director, Regulatory Affairs | | |
| Kimberly-Clark Europe Ltd. | | |

Wie von der Verordnung (EU) 2016/425 EG gefordert, sind die Adressen der Beteiligten wie folgt:

| Kimberly-Clark Europe Limited | SGS United Kingdom Limited |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 40 London Road | Unit 202B, Worley Parkway |
| Reigate, RH2 9QP | Weston-super-Mare, BS22 6WA |
| Surrey, Großbritannien | Großbritannien |
| Telephone: +44 1737 736000 | Telephone: +44 (0) 1934 522917 |
| Fax: +44 1737 736670 | Fax: +44 (0) 1934 522137 |