


Calibratore Corrente / Tensione

Modello PRC15



Introduzione

Grazie per aver scelto il Modello Extech PRC15. Questo dispositivo viene spedito completamente testato e calibrato e, se utilizzato correttamente, garantirà un servizio affidabile per molti anni. Si prega di visitare il sito web della Extech Instruments (www.extech.com) per controllare l'ultima versione di questo Manuale d'Istruzioni. La Extech Instruments è un'azienda certificata ISO-9001.

Sicurezza

Simboli Internazionali di Sicurezza



Questo simbolo, adiacente ad un altro simbolo o ad un terminale, indica che l'utente deve consultare il manuale per maggiori informazioni.



Questo simbolo, adiacente ad un terminale, indica che, durante il normale utilizzo, potrebbero verificarsi tensioni pericolose.



Doppio isolamento

Note per la Sicurezza


- Non superare il massimo range d'ingresso ammissibile.
- Spegnerne l'unità quando il dispositivo non è utilizzato.
- Togliere le batterie se il dispositivo sta per essere conservato per più di 60 giorni.
- Non smaltire mai le batterie nel fuoco. Le batterie potrebbero esplodere o perdere liquidi.
- Non mischiare mai tipi di batteria. Installare sempre batterie nuove dello stesso tipo.

Avvertimenti

- Un utilizzo scorretto di questo strumento può provocare danni, folgorazioni, lesioni o morte. Leggere e capire questo manuale d'istruzioni prima di utilizzare lo strumento.
- Staccare sempre i puntali prima di sostituire la batteria.
- Controllare la condizione dei puntali e dello strumento stesso per accertarsi che non ci siano danni prima di utilizzare lo strumento. Riparare o sostituire qualsiasi danno prima dell'uso.
- Se l'attrezzatura viene utilizzata in un modo non specificato dal produttore, la protezione fornita dall'attrezzatura potrebbe risultarne compromessa.


Descrizione Strumento

1. Presa d'ingresso adattatore AC
2. Display
3. Accensione ON/OFF
4. Pulsanti freccia regolazione sorgente in uscita
5. Pulsante SET
6. Pulsante Unità (mA o %)
7. Pulsante MODE I/O (modalità)
8. MEM (pulsante memoria STEP)
9. Pulsante Retroilluminazione/ZERO
10. Prese ingresso puntali



Configurazione display

1. Icona modalità SOURCE
2. Icona di stato della funzione ZERO
3. Icona modalità MEASURE
4. Icona attiva Auto Spegnimento
5. Icona di stato della Batteria
6. Valore modalità Measure
7. Icona unità modalità Measure
8. Posizione memoria registratore dati
9. Valore modalità Source
10. Icona unità modalità Source



Descrizione e Funzionamento del Tastierino

PULSANTE POWER e OPZIONE DI AUTO SPEGNIMENTO

1. Usare il pulsante POWER per ACCENDERE o SPEGNERE l'unità. Quando l'unità è accesa, avverrà una breve auto verifica dopo la quale il display si stabilizzerà.
2. Quando appare il simbolo batteria lampeggia sul display, sostituire la batteria il prima possibile. La batteria scarica può provocare letture inaccurate e un funzionamento bizzarro dello strumento.
3. Questo strumento è fornito di Auto Spegnimento che spegne lo strumento dopo 10 minuti di inattività. Per annullare questa funzione; tenere premuto il pulsante POWER finché l'icona "ATP" non si spegne.

PULSANTE I/O MODE

Nella modalità MEASURE, Tenere Premuto il pulsante **MODE (I/O)** > 2 secondos per selezionare o la funzione corrente (mA/%) o tensione (mV/V). Rilasciare il pulsante quando appare la funzione desiderata.

La tensione è portata automatica nella modalità di misura e mV potrebbe non essere visualizzata.

Premere brevemente la modalità (I/O) Pulsante per cambiare da modalità di misura per la modalità sorgente e torna alla modalità di misura.

PULSANTE UNIT


Premere il tasto del gruppo mentre in funzione corrente per selezionare mA o % di unità o V o mV mentre in funzione della tensione. La tensione è portata automatica nella modalità di misura e mV potrebbe non essere visualizzata.

Nota: è possibile modificare solo dalla corrente per la funzione di tensione mentre si trova in modalità di misura.

PULSANTE (Retroilluminazione)







Premere il pulsante Retroilluminazione per accendere o spegnere la retroilluminazione.

PULSANTE ZERO

Nella modalità MEASURE o SOURCE , Tenere Premuto il pulsante **ZERO ** per 2 secondos per azzerare lo strumento.

PULSANTI e

I pulsanti freccia sono usati per impostare il valore in uscita nella modalità SOURCE.

1. Mentre in modalità di misurazione, selezionare sia la corrente o la modalità di tensione.
2. Premere brevemente il pulsante Mode per selezionare la modalità di sorgente.
3. Premere il pulsante  o  per selezionare una cifra da regolare. Il cursore di sottolineatura lampeggiante identifica la cifra selezionata.
4. Premere il pulsante  o  per regolare il valore della cifra. Tenere Premuto il pulsante  o  per regolare rapidamente il valore.

PULSANTE SET

Il pulsante SET è utilizzato per passare manualmente tra i 5 valori in uscita memorizzati.

1. Mentre in modalità di misurazione, selezionare sia la corrente o la modalità di tensione.
2. Premere brevemente il pulsante Mode per selezionare la modalità di sorgente.
3. Premere il pulsante SET e il valore salvato nella posizione di memoria 01 sarà cercato. "MEM.01" appare sul display.
4. Ad ogni pressione del pulsante SET si passerà tra le 5 posizioni di memoria.
5. I pulsanti freccia possono essere utilizzati per regolare il valore in ogni posizione di memoria.

PULSANTE STEP/MEM

Il pulsante STEP/MEM è utilizzato per scorrere automaticamente tra i 5 valori in uscita memorizzati. Lo strumento può essere impostato per un singolo ciclo di valori memorizzati o per un ciclo continuo.

1. Mentre in modalità di misurazione, selezionare sia la corrente o la modalità di tensione.
2. Premere brevemente il pulsante Mode per selezionare la modalità di sorgente.
3. TENERE Premuto il pulsante STEP/MEM. "STEPSS" (ciclo singolo) e "STEPSC" (ciclo continuo) appariranno alternativamente sul display. Rilasciare il pulsante quando la modalità desiderata è visualizzata.
4. Nella modalità ciclo singolo lo strumento rileverà la corrente o la tensione visualizzata in MEM01 per 5 secondi. Lo strumento poi avanzerà a MEM02 per 5 secondi. Ciò continuerà fino a MEM05 e poi tornerà indietro tra le posizioni di memoria. Il ciclo terminerà quando sarà raggiunta MEM01.
5. Nella modalità continua il ciclo continuerà finché non sarà arrestato manualmente.
6. Premere brevemente il pulsante MEM per arrestare il ciclo. "END" apparirà brevemente sul display.

SALVARE VALORI IN MEMORIA

I valori di default salvati nelle posizioni di memoria sono:

Posizione Memoria	mA	%	mV	V
M1	4.00mA	0.0%	0mV	0V
M2	8.00mA	25%	500mV	5V
M3	12.00mA	50%	1000mV	10V
M4	16.00mA	75%	1500mV	15V
M5	20.00mA	100%	2000mV	20V

Per modificare i valori in memoria:

1. Mentre in modalità di misurazione, selezionare sia la corrente o la modalità di tensione.
2. Premere brevemente il pulsante Mode per selezionare la modalità di sorgente.
3. Premere il pulsante SET per selezionare la posizione di memoria da modificare.
4. Premere i pulsanti freccia per aggiustare il nuovo valore.
5. Premere brevemente il pulsante MEM per memorizzare il valore. L'icona della posizione di memoria lampeggerà mentre il valore viene memorizzato.

Modalità e Funzionamento

MEASURE (Ingresso) Modalità di Funzionamento

In questa modalità, l'unità misurerà fino a 50mADC o 20VDC.

1. Accendere lo strumento.
2. "MEASURE" apparirà sul display.
3. Tenere Premuto il pulsante MODE per > 2 secondi per selezionare mA o % o mV
4. Collegare il Cavo di Calibrazione allo strumento.
5. Collegare il Cavo di Calibrazione ad un dispositivo o ad un circuito da sottoporre a misurazione.
6. Leggere la misurazione sul display LCD.

SOURCE (Output) Modalità di Funzionamento

In questa modalità, l'unità può rilevare corrente fino a 24mADC a 1000 ohm o tensione fino a 20.00V. La corrente o la tensione può essere procurata sia manualmente sia a passi dalla memoria come descritto in precedenza.

1. ACCENDERE lo strumento
2. "MEASURE" apparirà sul display.
3. Tenere Premuto il pulsante MODE per >2 secondi per selezionare mA o % o V/mV
4. Premere brevemente il pulsante "MODE I/O" per selezionare SOURCE.
5. Premere il pulsante UNIT per selezionare % / mA o mV / V.
6. Collegare il Cavo di Calibrazione allo strumento.
7. Collegare il Cavo di Calibrazione ad un dispositivo o ad un circuito da sottoporre a misurazione.
8. Usare i pulsanti **freccia** per impostare il valore d'uscita desiderato nel display inferiore. Il display superiore indica il valore di corrente o tensione attuale che si sta rilevando. Se il display superiore non corrisponde con il valore impostato, o le batterie devono essere sostituite o l'impedenza di carico è oltre il range specificato.

Cavalletto / Gancio

Il piedistallo posteriore fornisce due metodi per comodità di visualizzazione.

1. Tirare la parte inferiore del cavalletto fuori per posizionare l'unità su una superficie piana per la visione.
2. Tirare fuori le parti superiore e inferiore del cavalletto, e poi ruotare il cavalletto per permettere all'unità di essere appesa.

Sostituzione Batteria

Quando l'icona batteria appare sul display, le sei batterie AA devono essere sostituite.

Il vano batteria è posizionato sul retro dello strumento.

1. Aprire il cavalletto, allentare la vite prigioniera a croce e togliere il coperchio della batteria.
2. Togliere e sostituire le batterie, rispettando la polarità.
3. Rimettere e fissare il coperchio della batteria.



Non smaltire mai le batterie usate o batterie ricaricabili nei rifiuti domestici.

Come consumatori, gli utenti sono tenuti per legge a prendere le batterie usate per adeguati di raccolta siti, il negozio al dettaglio in cui le batterie sono state acquistate o ovunque le batterie sono venduti.

Smaltimento: Non smaltire questo strumento nei rifiuti domestici. L'utente è obbligato a prendere a fine ciclo di vita dispositivi a un punto di raccolta designato per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Safety: Please dispose of batteries responsibly; never dispose of batteries in a fire, batteries may explode or leak. If the meter is not to be used for 60 days or more, remove the battery and store separately.

Specifiche

Specifiche Generali

Display	LCD a matrice di punti
Massico Carico	1000 ohm @ 24mA
Accensione Strumento	6 batterie AA o adattatore AC
Auto Spegnimento	Lo strumento si spegne automaticamente dopo 10 minuti di inattività
Capacità di Corrente in uscita	24mADC a 1000 ohm
Impedenza d'ingresso di tensione	10k ohm minimo
Temperatura Operativa	da 41°F a 104°F (da 5°C a 40°C)
Temperatura Conservazione	da - 4°F a 140°F (da -20°C a 60°C)
Umidità Operativa	Massimo 80% fino a 31°C (87°F) decrescente linearmente a 50% a 40°C (104°F)
Umidità Conservazione	più dell'80%
Altitudine Operativa	7000ft (2000metri) massimo
Dimensioni	159 x 80 x 44 mm (6.3 x 3.2 x 1.7")
Peso	234g (8.3 oz.) no batterie

Specifiche Campo

Modalità	Funzione	Range (Risoluzione)	Accuratezza (% della lettura)
Misura DC	Corrente	da 0 a 50mA (0.01mA)	± (0.01% + 1 cifra)
	Percentuale (%)	da -25% a +230% (0.1%)	
	Tensione (range automatico)	da 0 a 1999mV (1mV)	
		da 2 a 20V (0.01V)	
Source (Sorgente) DC	Corrente	da 0 a 24mA (0.01mA)	
	Percentuale (%)	da -25% a +125% (0.1%)	
	Tensione	da 0 a 2000mV (1mV)	
		da 0 a 20V (0.01V)	

Copyright © 2013-2016 FLIR Systems, Inc.

Tutti i diritti riservati, incluso il diritto di riproduzione integrale o parziale in qualsiasi forma.

ISO-9001 Certified

www.extech.com